

センターだより第3号
令和8年5月11日

医療施設長 様

鹿児島市医師会臨床検査センター
センター長 上ノ町 仁

検査内容変更・中止のお知らせ

日頃より当臨床検査センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、下記の検査項目におきまして株式会社エスアールより検査内容変更について連絡がありましたのでご案内いたします。

今後とも当臨床検査センターをご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

記

■ 変更日

2026 年 5 月 1 日(金)ご依頼分より

■ 対象項目

項目コード (4桁コード)	検 査 項 目	備 考
2549900 (6190)	UGT1A1遺伝子多型解析	測定試薬の販売中止により、相関が良好な代替試薬へ変更します。それに伴い、検査方法を変更します。

■ 変更内容

現試薬と同性能の測定試薬への変更に伴い、検査方法、所要日数、報告書等を変更いたします。

変更内容	新	現
検査項目名	UGT1A1遺伝子多型	UGT1A1遺伝子多型解析 (中止)
項目コード (4桁コード)	親:2551400(6287) 子1:2551401(6288) 判定 子2:2551402(6289) UGT1A1*6 子3:2551403(6290) UGT1A1*28	2549900 (6190)
検体量	変更はありません	血液(EDTA-2Na加)2.0 mL
容 器	変更はありません	PN2, PN5(C)EDTA-2Na入り
保 存 方 法	冷蔵(3日)	冷蔵(14日)
所 要 日 数	3～7 日	4～8 日
検 査 方 法	PCR(リアルタイムPCR)	PCR

報告内容	子1:ワイルドタイプ、 *6 ヘテロ接合体、*6 ホモ接合体、 *28 ヘテロ接合体、*28 ホモ接合体、 複合ヘテロ接合体、判定不能 子2:-/-、-/*6、*6/*6、解析不能 子3:-/-、-/*28、*28/*28、解析不能	手書き報告書
測定法文献	Wong FL, et al:J Clin Lab Anal 21 (3):167～172, 2007. Ehmer U, et al:J Mol Diagn 10(6):549～552, 2008.	Tsunedomi R, et al:Cancer Science 108(7):1504～1509, 2017.
JLAC10	8C933-9956-019-862	8C933-9956-019-851

UGT1A1遺伝子多型の判定について

遺伝子型		UGT1A1*28		
		ワイルド -/- (6/6)	ヘテロ接合 -/*28 (6/7)	ホモ接合 *28/*28 (7/7)
UGT1A1*6	ワイルド -/- (G/G)	ワイルドタイプ -/-	ヘテロ接合体 -/*28	ホモ接合体 *28/*28
	ヘテロ接合 -/*6 (G/A)	ヘテロ接合体 -/*6	複合ヘテロ接合体 *6/*28	—
	ホモ接合 *6/*6 (A/A)	ホモ接合体 *6/*6	—	—

▼ 相関一致表

UGT1A1*6 遺伝子多型判定

*6		現法			
		G/G型	G/A型	A/A型	判定不能
新法	G/G型	18	0	0	0
	G/A型	0	11	0	0
	A/A型	0	0	7	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=36)

全体一致率：100% (36/36)

UGT1A1*28 遺伝子多型判定

*28		現法			
		6/6型	6/7型	7/7型	判定不能
新法	6/6型	20	0	0	0
	6/7型	0	11	0	0
	7/7型	0	0	5	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=36)

全体一致率：100% (36/36)

以上

臨床検査センターに関するお問い合わせやご意見等ございましたら、下記までご連絡ください。
鹿児島市医師会臨床検査センター 電話:099-226-8827