

医療施設長 様

鹿児島市医師会臨床検査センター
センター長 上ノ町 仁

血液培養ボトル「BD バクテック™ 血液培養ボトル」 メーカー出荷調整に伴う協力依頼について（お知らせ）

標記の件につきまして、容器販売会社の日本ベクトン・ディッキンソン株式会社から製造上の問題により、製造と出荷が通常時の50%程度に制限されるとの連絡があり、各医療施設への協力依頼がございました。また、別紙のとおり厚生労働省からも標記ボトルについての出荷調整に伴う協力依頼がきております。

先生方におかれましては、大変ご迷惑をおかけしますが、今後とも当臨床検査センターをご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

記

1 出荷調整

2024年7月11日（木）より

※出荷調整の解除時期につきましては、日本ベクトン・ディッキンソン株式会社からの報告待ちの状況です。情報が入り次第、改めてご案内させていただきます。

2 対象容器

①血液培養ボトル（嫌気用）（容器記号R）

②血液培養ボトル（好気用）（容器記号R）

3 対象項目

項目コード	検査項目
5984	培養同定（血液・穿刺液）

※学会（一般社団法人日本臨床微生物学会、一般社団法人日本感染症学会）から本件に関する対応指針が出ておりますので内容をご確認ください。

※当検査センターの在庫状況により、ご希望数をご準備することが出来ない可能性がございますので、極力必要数でのご依頼をお願いします。

以上

臨床検査センターに関するお問合わせやご意見等ございましたら、下記までご連絡ください。
鹿児島市医師会臨床検査センター 電話：099-226-8827