

センターだより第11号
令和7年5月28日

医療施設長 様

鹿児島市医師会臨床検査センター
センター長 上ノ町 仁

検査内容変更・中止のお知らせ

日頃より当臨床検査センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、下記の検査項目におきまして株式会社エスアールより検査内容変更について連絡がありましたのでご案内いたします。
今後とも当臨床検査センターをご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

記

■ 変更日

2025 年 6 月 2 日（月）ご依頼分より

■ 対象項目

項目コード (旧項目コード)	検 査 項 目	備 考
2525100 (5651)	UGT1A1遺伝子多型解析	測定試薬の販売中止により、相関が良好な代替試薬へ変更します。それに伴い、検査方法を変更します。

■ 変更内容

現試薬と同性能の測定試薬に変更いたします。これに伴い、検査方法を変更させていただきます。

変更内容	新	現
項目コード (4桁コード)	2549900 (6190)	2525100 (5651)
検査方法	PCR	インバーダー法
保存（安定性）	冷蔵（14日）	冷蔵（3日）
JLAC10コード	8C933-9956-019-851	8C933-9956-019-951

■ 相関一致表

UGT1A1*28 遺伝子多型判定

*28		現法			
		6/6型	6/7型	7/7型	判定不能
新法	6/6型	28	0	0	0
	6/7型	0	20	0	0
	7/7型	0	0	8	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=56)

全体一致率：100% (56/56)

UGT1A1*6 遺伝子多型判定

*6		現法			
		G/G型	G/A型	A/A型	判定不能
新法	G/G型	28	0	0	0
	G/A型	0	20	0	0
	A/A型	0	0	8	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=56)

全体一致率：100% (56/56)

● 参考文献

Tsunedomi R, et al : Cancer Science 108 (7) 1504~1509, 2017.

以上

臨床検査センターに関するお問い合わせやご意見等ございましたら、下記までご連絡ください。
 鹿児島市医師会臨床検査センター 電話：099-226-8827